

2018年重庆市第一次PCT室间质评活动小结

1. 参加2018年重庆市第一次PCT室间质评的实验室有80家,所有参加的实验室均回报了结果。PCT检测全市100分的实验室有47家,总PT成绩 ≥ 80 分的实验室有62家,总PT成绩 < 80 分的实验室有18家。
2. 分组原则:
相同检测试剂厂家;
3. 可接受范围:
靶值 $\pm 30\%$
4. 存在问题及建议:
 - 4.1 检测方法、试剂和仪器编码填报错误,如罗氏检测系统,方法填报为化学发光微粒子免疫检测法;
 - 4.2 个别检测系统内的结果变异较大。
 - 4.3 建议认真分析回报的结果,查找结果发生偏倚的原因。

重庆市临床检验中心

2018年5月