

2018 年重庆市第一次感染性疾病血清学抗原抗体 快速检测室间质评活动小结

2018 年重庆市第一次感染性疾病血清学抗原抗体快速检测室间质评活动共有 11 家实验室参加, 本次有 11 家参评实验室按时回报了结果。

表 1. 样本的预期结果

项目编号	201811	201812	201813	201814	201815
HBsAg	-	+	-	+	+
抗 HIV	+	-	-	+	-
抗 HCV	-	+	-	+	+
抗 TP	-	-	-	+	+

表 2. 各项目的检测情况

项目	样本编号	总实验室数	正确实验室数	错误实验室数	正确率%	错误率%
HBsAg	201811	11	11	0	100	0
	201812	11	10	1	90.9	9.1
	201813	11	11	0	100	0
	201814	11	11	0	100	0
	201815	11	11	0	100	0
抗 HIV	201811	11	10	1	90.9	9.1
	201812	11	11	0	100	0
	201813	11	11	0	100	0
	201814	11	11	0	100	0
	201815	11	11	0	100	0
抗 HCV	201811	11	11	0	100	0
	201812	11	10	1	90.9	9.1
	201813	11	11	0	100	0
	201814	11	11	0	100	0
	201815	11	10	1	90.9	9.1
抗 TP	201811	11	11	0	100	0
	201812	11	11	0	100	0
	201813	11	11	0	100	0

	201814	11	11	0	100	0
	201815	11	11	0	100	0

重庆市临床检验中心
2018 年 5 月