

# 2018年重庆市第一次感染性疾病血清学标志物

## 系列 C 室间质评活动小结

2018年重庆市第一次感染性疾病血清学标志物系列 C 室间质评活动共有 77 家实验室参加，本次有 76 家参评实验室按时回报了结果，请各实验室注意回报时间，不要迟报和漏报。

表 1. 样本的预期结果

项目编号	201811	201812	201813	201814	201815
抗 HAV-IgM	R (1U/ml)	N	R(1 U/ml)	R(4 U/ml)	N
抗 HEV-IgM	N	R (2 U/ml)	N	R (2 U/ml)	R (4 U/ml)

表 2. 各项目的检测情况

项目	样本编号	总实验室数	正确实验室数	错误实验室数	正确率%	错误率%
抗 HAV-IgM	201811	76	42	34	55.3	44.7
	201812	76	75	1	98.7	1.3
	201813	76	43	33	56.6	43.4
	201814	76	74	2	97.4	2.6
	201815	76	75	1	98.7	1.3
抗 HEV-IgM	201811	60	59	1	98.3	1.7
	201812	60	58	2	96.7	3.3
	201813	60	59	1	98.3	1.7
	201814	60	60	0	100	0
	201815	60	59	1	98.3	1.7

### 存在问题:

- 1、本次抗 HEV-IgM 结果较好，预期结果的符合率均>95%；但抗 HAV-IgM201811 (1U/ml)、201813 (1U/ml)漏检率高，正确率仅为 55.3%和 56.6%。
- 2、本次回报的 76 家实验室，仍有 19 家 (25%) 实验室检测结果填报时未按规定填写“R (有反应性)”和“N (阴性)”，在此特别提醒检测结果填报时请按规定填写“R”和“N”。
- 3、建议在回报结果时，务必认真阅读质评通知，严格按照规定填报。

重庆市临床检验中心

2018年5月