

2018年重庆市第一次血清结核抗体 室间质评活动小结

2018年重庆市第一次血清结核抗体室间质评活动共有44家实验室参加,本次有43家参评实验室按时回报了结果,请各实验室注意回报时间,不要迟报和漏报。

表1. 样本的预期结果

项目编号	201811	201812	201813	201814	201815
TBAb	N	N	R	R	R

表2. 各项目的检测情况

项目	样本编号	总实验室数	正确实验室数	错误实验室数	正确率%	错误率%
TBAb	201811	43	43	0	100	0
	201812	43	43	0	100	0
	201813	43	42	1	97.7	2.3
	201814	43	31	12	72.1	27.9
	201815	43	29	14	67.4	32.6

存在问题及建议:

- 1、本次 TBAb 结果 201814、201815 错误率高,正确率仅为 72.1%和 67.4%。
- 2、建议注意试剂的质检及试剂批号更换时的比对。

重庆市临床检验中心
2018年5月