

2018年重庆市第一次特殊蛋白室间质评活动小结

1. 参加 2018 年重庆市第 1 次特殊蛋白室间质评的实验室有 42 家，回报结果的实验室有 42 家。特殊蛋白检测全市总 PT 成绩 ≥ 80 分的实验室有 36 家，总 PT 成绩 < 80 分的实验室有 6 家。
2. 分组原则：按方法学分组。
3. 靶值确定：
本计划对于上报数据，按照检测方法进行分组。
4. 可接受范围
IgA、IgG、IgM、IgE、C3、C4、C-反应蛋白（CRP，不包括 hsCRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、铁蛋白、前白蛋白靶值 $\pm 25\%$
5. 存在问题和建议：
 - (1) 个别实验室检测结果与相同检测系统实验室结果差异大；
 - (2) 建议质评工作务必按照质评通知要求进行，质控品复溶时，复容量准确；
 - (3) 建议工作认真仔细，避免结果分析、计算、报告单位和抄写的错误；

重庆市临床检验中心

2018 年 5 月