

2018年重庆市第一次心肌损伤标志物室间质评活动小结

1. 参加2018年重庆市第一次心肌损伤标志物室间质评的实验室有63家，回报结果的实验室有63家。心肌损伤标志物检测全市总PT成绩 ≥ 80 分的实验室有46家，总PT成绩 < 80 分的实验室有17家。
2. 分组原则：按检测试剂或检测方法分组
3. 靶值确定：
本计划对于上报数据，按照检测方法或检测试剂进行分组。
4. 可接受范围
肌酸激酶、肌酸激酶-MB、肌红蛋白、肌钙蛋白-I、超敏肌钙蛋白-I、肌钙蛋白-T
靶值 $\pm 30\%$
5. 存在问题及建议：
 - (1) 个别实验室检测方法填报错误，如雅培检测系统检测方法填为微粒子酶免疫分析法；
 - (2) 个别实验室检测结果与同一检测系统的其他实验室结果差异大；
 - (3) 质控品复溶时，请务必按照质评通知要求进行，复溶量务必准确；
 - (4) 建议工作中认真仔细，避免结果分析、计算、报告单位和抄写的错误及结果填报时方法错误。

重庆市临床检验中心

2018年5月