

2018 年重庆市第一次糖化血红蛋白

室间质评小结

2018 年第一次糖化血红蛋白室间质评活动共有 140 家实验室报名参加，所有实验室均回报了结果。

1、本次糖化血红蛋白室间质评分组与 2017 年第 2 次糖化血红蛋白分组相同，共分为五组，分别为 TOSOH 组，免疫比浊法组，Bio-Rad 组，AKKRAY 组，惠中组和缺省组。

2、本次糖化血红蛋白室间质评成绩为优秀（质评成绩为 100 分）的实验室有 126 家，占比为 90%，成绩合格的实验室（质评成绩 \geq 80 分）有 130 家，占比为 92.86%，本次成绩优秀和合格的实验室较 2017 年第 2 次糖化血红蛋白室间质评成绩提高明显（2017 年糖化血红蛋白第 2 次室间质评成绩合格单位为 60 家，成绩优秀的实验室有 48 家）。

3、本次有两家实验室（实验室编号：23110719，23510204）糖化血红蛋白项目成绩为 0，通过本次室间质量评价，该两个实验室需要认真分析，从人员、方法、仪器、试剂、质控品上查找原因。其中 23110719 实验室结果比较集中，应当着重对仪器性能进行分析；23510204 实验室使用各水平偏差较接近，考虑校准问题。

重庆市临床检验中心

2018 年 5 月