

# 2018 年重庆市第二次床旁血糖检测 室间质评小结

2018 年度共有 265 家实验室报名参加床旁血糖检测室间质评活动，本次有 251 家实验室回报了结果。

- 1、各单位在检测标本时，务必认真阅读仪器说明书，以确认是按照质控模式还是样本模式检测；
- 2、由于环境温度对 POCT 血糖检测影响较大，按照室间质评指导书从低温度环境拿出后，放置于室温，保证反应时候体系温度。
- 3、本年度质评按仪器进行分组，增加三诺、鱼跃两个分组。各分组靶值有一定差异，请各单位上报数据是注意填报检测仪器。
- 4、本次室间质评出现某些单位几个实验室上报顺序全部错误的情况，各个实验室上报结果时应当仔细核对数据。
- 5、本次质评成绩其他仪器分组不合格率较高。

重庆市临床检验中心

2018 年 10 月

## 重庆市床旁血糖 2018 年第 2 次室间质评小结(附表)

附表 1. 各个分组靶值

项目名称	分组	201821	201822	201823	201824	201825
POCT	Abbott	13.09	21.14	6.78	18.45	9.19
	艾科	13.11	17.39	7.07	15.81	9.53
	博士医生	9.15	15.91	4.71	13.60	6.32
	达乐	10.6	14.0	6.2	13.1	8.1
	罗氏	11.4	18.9	6.0	16.2	8.1
	其它	11.1	17.7	5.8	15.4	7.9
	强生	13.2	19.1	6.4	17.9	9.2
	瑞特	11.6	20.8	5.3	17.3	7.8
	三诺	9.4	16.2	4.5	14.1	6.2
	鱼跃	13.34	22.78	5.93	19.10	8.54