

2018 年重庆市第二次糖化血红蛋白 室间质评活动小结

2018 年重庆市第二次糖化血红蛋白室间质评活动共有 141 家实验室报名参加，139 家实验室按时回报了结果。

与 2018 年第二次糖化血红蛋白分组有稍微不同，本次糖化血红蛋白室间质评共分为 7 个组，分别为 TOSOH 组，免疫比浊法组，Bio-Rad 组，AKKRAY 组，惠中组、普门组以及缺省组，普门组为新增分组。本次糖化血红蛋白室间质评成绩为优秀（质评成绩为 100 分）的实验室有 127 家，较 2018 年第一次增加 1 家，占比为 91.37%，成绩合格的实验室（质评成绩 $\geq$ 80 分）有 133 家，较 2018 年第 1 次增加 3 家，占比为 95.68%，本次成绩优秀和合格的实验室较 2018 年第 1 次糖化血红蛋白室间质评成绩有一定提高（2018 年糖化血红蛋白第 1 次室间质评成绩合格单位为 131 家，成绩优秀的实验室有 126 家）。

比较值得注意的是，本次有 4 家实验室（实验室编号：23110677，23210270，23212098，23240199）糖化血红蛋白项目成绩为 0，较 2018 年第 1 次增加 2 家。还应该注意的是，上一次室间质量评价中成绩为 0 的实验室，（实验室编号：23110719，23510204）通过对上次室间质量评价结果反馈的分析，该两个实验室从人员、方法、仪器、试剂、质控品上查找原因，在本次室间质量评价活动中均成绩合格，编号为 23510204 的实验室本次成绩为优秀（100 分）值得肯定。本次成绩为 0 的四家实验室也应该在上述方面查找原因，必要时可以申请现场指导，以期在 2019 年第 1 次糖化血红蛋白室间质评活动中成绩合格。

重庆市临床检验中心
2018 年 10 月