

2018 年重庆市第 2 次 BNP/ProBNP 室间质评活动小结

1. 参加 2018 年重庆市第 2 次 BNP 室间质评的单位有 71 家,有 70 家回报了结果。BNP 检测全市 100 分的实验室有 53 家,总 PT 成绩 ≥ 80 分的实验室有 53 家,总 PT 成绩 < 80 分的实验室有 17 家。
2. 分组原则:
相同检测试剂;
3. 可接受范围:
靶值 $\pm 30\%$
- 4 存在问题:
 - 4.1 个别实验室检测方法、试剂或仪器编码错误填报;
 - 4.2 个别检测系统内的结果变异较大。
5. 建议各实验室在日常和参评工作中特别注意以下几点:
 - 5.1 检测前务必认真阅读室间质评通知, **质控品复溶时**,请务必按照质评通知要求进行,复溶量务必准确;
 - 5.2 务必做好仪器维护保养和项目校准;
 - 5.3 务必做好室内质量控制;
 - 5.4 务必认真填报检测方法、试剂和仪器编码;
 - 5.5 避免结果分析、计算、报告单位和抄写的错误;
 - 5.6 加强结果填报时的核对审核;
 - 5.7 认真分析回报的结果,查找结果发生偏倚的原因。

重庆市临床检验中心

2018 年 10 月