

2018 年重庆市第 2 次 PCT 室间质评活动小结

1. 参加 2018 年重庆市第 2 次 PCT 室间质评的实验室有 80 家, 所有参加的实验室均回报了结果。PCT 检测全市 100 分的实验室有 39 家, 总 PT 成绩 ≥ 80 分的实验室有 53 家, 总 PT 成绩 < 80 分的实验室有 27 家。
2. 分组原则:
按照检测试剂
3. 可接受范围:
靶值 $\pm 30\%$
4. 存在问题及建议:
 - 4.1 检测方法、试剂和仪器编码填报错误, 如罗氏检测系统, 方法填报为化学发光法;
 - 4.2 个别检测系统内的结果变异较大。
 - 4.3 建议认真分析回报的结果, 查找结果发生偏倚的原因。

重庆市临床检验中心

2018 年 10 月