

2018 年重庆市第 2 次抗-CCP 抗体室间质评活动小结

参加 2018 年重庆市第 2 次抗-CCP 抗体室间质评的单位有 22 家实验室参加, 有 20 家参评实验室按时回报了结果。请各实验室注意回报时间, 不要迟报和漏报。

表 1. 样本的预期结果

项目编号	201821	201822	201823	201824	201825
抗-CCP 抗体	-	+	-	+	+

表 2. 各项目的检测情况

项目	样本编号	总实验室数	正确实验室数	错误实验室数	正确率%	错误率%
抗-CCP 抗体	201821	20	19	1	95	5
	201822	20	20	0	100	0
	201823	20	20	0	100	0
	201824	20	19	1	95	5
	201825	20	20	0	100	0

存在问题及建议:

- 1、有两家实验室只回报了定量结果, 未回报定性结果;
- 2、有个别实验室在填报质评表时未填写方法、仪器及试剂编码;
- 3、建议在做室间质评前认真阅读室间质评通知;
- 4、加强试剂的质检及试剂批号更换时的比对。

重庆市临床检验中心

2018 年 10 月