

2018年重庆市第2次心肌损伤标志物室间质评活动小结

1. 参加2018年重庆市第2次心肌损伤标志物室间质评的实验室有64家，汇报结果的实验室有63家。心肌损伤标志物检测全市总PT成绩 ≥ 80 分的实验室有42家，总PT成绩 < 80 分的实验室有22家。
2. 分组原则：按检测试剂或检测方法分组
3. 可接受范围
肌酸激酶、肌酸激酶-MB、肌红蛋白、肌钙蛋白-I、超敏肌钙蛋白-I、肌钙蛋白-T
靶值 $\pm 30\%$
4. 存在问题及建议：
 - 4.1 个别实验室检测方法填报错误，标本次序错误；
 - 4.2 个别实验室检测结果与同一检测系统的其他实验室结果差异大；
 - 4.3 建议质控品复溶保存时，请务必按照质评通知要求进行，复溶量务必准确；
 - 4.4 建议工作认真仔细，避免出现结果分析、报告单位和抄写的错误；
 - 4.5 建议参加实验室收到成绩回报后及时分析原因，避免再次发生类似问题。

重庆市临床检验中心

2018年10月