

2018 年重庆市第 2 次早孕室间质评活动小结

1. 参加 2018 年重庆市第 2 次早孕室间质评的单位有 49 家, 有 45 家回报了结果。早孕检测全市总 PT 成绩 ≥ 80 分的实验室有 40 家, 其中 38 家成绩为 100 分, 总 PT 成绩 < 80 分的实验室有 9 家。
2. 分组原则:
相同检测试剂厂家;
3. 可接受范围:
PAPP-A 靶值 $\pm 30\%$
游离 β -HCG 靶值 $\pm 30\%$
- 4 存在问题及建议:
 - 4.1 个别实验室检测方法、试剂和仪器编码填报错误, 如填写罗氏检测仪器, 而试剂填写贝克曼
 - 4.2 同一检测系统内检测结果差异大。
 - 4.3 建议各实验室务必认真填报检测方法、试剂和仪器编码, 加强结果填报时的核对审核。

重庆市临床检验中心

2018 年 10 月