

2018年重庆市第二次CRP(POCT)室间质量评价活动小结

1.本次室间质评参加单位75家，回报数据单位数量73家。

标本号 项目	201821	201822	201823	201824	201825
CRP(POCT)	73	73	73	73	73

2.本次室间质评分组情况

项目	组数	具体分组
CRP(POCT)	2	韩国 i-CHROMA Reader、其他仪器

3.本次室间质评靶值

靶值 (mg/L) 分组	201821	201822	201823	201824	201825
其他仪器	5.12	37.87	70.41	28.55	10.68
韩国 i-CHROMA Reader	4.65	37.77	69.79	28.24	9.87

4.本次室间质评评价标准

靶值±25%

5.本次室间质评各标本合格率

标本及格率% 分组	201821	201822	201823	201824	201825
其他仪器	82.8	93.1	75.9	81	81
韩国 i-CHROMA Reader	86.7	86.7	93.3	80	80

6.本次室间质评上报过程中发现问题：实验室上报仪器与方法不匹配。

重庆市临床检验中心

2018年10月