

2018 年重庆市第二次尿 HCG 室间质量评价活动小结

1.本次室间质评参加单位 98 家，回报数据单位数量 98 家.

标本号 项目	201821	201822	201823	201824	201825
尿 HCG	98	98	98	98	98

2.本次室间质评分组情况：未分组

3.本次室间质评靶值

靶值 分组	201821	201822	201823	201824	201825
缺省组	-	-	+	+	-

4.本次室间质评各标本合格率

标本及格率% 分组	201821	201822	201823	201824	201825
缺省组	100.00	100.00	96.94	100.00	100.00

重庆市临床检验中心

2018 年 10 月