

2018年重庆市第一次网织红细胞室间质量评价活动小结

1.本次室间质评参加单位 35 家，回报数据单位数量 33 家。

标本号	201821	201822
项目		
网织红细胞	33	33

2.本次室间质评分组情况

项目	组数	具体分组
网织红细胞	3	手工法、迈瑞、sysmex

3.本次室间质评靶值

靶值 (%)	201821	201822
分组		
手工法	0.34	0.47
迈瑞	0.97	1.08
sysmex	0.64	0.61

4.本次室间质评评价标准

靶值 \pm 2s

5.本次室间质评各标本合格率

标本及格率%	201821	201822
分组		
手工法	100	100
迈瑞	100	100
sysmex	88.9	88.9

6.本次室间质评上报过程中发现问题：

编号 23***031 的实验室网络上报时方法与仪器不匹配。

重庆市临床检验中心

2018年10月