

2018 年重庆市第三次显微镜形态学室间质量评价活动小结

1.本次室间质评参加单位 128 家，回报数据单位数量 126 家。

2.本次室间质评分组情况：未分组

3.本次室间质评靶值及符合率

批号	靶值	定性项目结果名称	符合率（%）
201831	02	早幼粒细胞	82.54
201832	3545	粪类圆线虫	75.40
201833	08	成熟嗜酸性粒细胞	99.21
201834	71	原幼淋巴细胞	88.10
	80	淋巴瘤细胞	
201835	3516	钩虫（虫卵）	97.62
201836	83	单核细胞	95.24
201837	03	中性中幼粒细胞	34.92
201838	73	异形淋巴细胞	83.33
201839	40	嗜碱性点彩红细胞	82.54
201840	06	中性分叶核粒细胞	55.56
201841	20	Auer 小体	93.65
201842	3548	植物孢子	92.86
201843	3631	白细胞管型	73.81
201844	3601	白细胞	46.83
201845	3724	ALL	92.06

4.本次室间质评符合率低于 60%的标本解析

4.1 201837 中性中幼粒细胞 该标本有部分实验室上报答案为粒细胞其他变异。鉴别点：图片中箭头所指细胞左侧有一明星的成熟中性粒细胞，观察两者胞浆及细胞核，可很明显区别该箭头所指细胞非成熟细胞。

4.2 201840 中性分叶核粒细胞：该标本有部分实验室上报答案为中性粒细胞分叶过多。鉴别点：中性分叶核粒细胞核多分为 3-5 叶，箭头所指细胞核分 5 叶。

4.3 201844 白细胞 该张图片为尿沉渣，图中全视野中既有红细胞也有白细胞，箭头所指细胞能明显看出胞浆内有内容物，故为白细胞。

重庆市临床检验中心

2018 年 10 月