

2018 年重庆市第二次血沉室间质量评价活动小结

1.本次室间质评参加单位 70 家，回报数据单位数量 70 家。

标本号 项目	201821	201822	201823	201824	201825
血沉	70	70	70	70	70

2.本次室间质评分组情况

项目	组数	具体分组
血沉	2	仪器法、手工法（魏氏法）

3.本次室间质评靶值

靶值（mm/h） 分组	201821	201822	201823	201824	201825
仪器法	15	16	14	21	14
手工法（魏氏法）	16	17	17	22	15

4.本次室间质评评价标准

靶值±30%

5.本次室间质评各标本合格率

标本及格率% 分组	201821	201822	201823	201824	201825
仪器法	86	91.2	78.9	84.2	87.7
手工法（魏氏法）	100	92.3	100	92.3	100

6.本次室间质评上报过程中发现问题

编号 23***070 的实验室网络上报的报表内容为空白。

重庆市临床检验中心

2018 年 10 月