

2018年重庆市第一次人乳头瘤病毒基因分型 室间质评活动小结

2018年度共有22家实验室报名参加核酸检测人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型测定室间质评活动，本次有22家参评实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表1.第一次人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型室间质评的靶值情况

项目	样本编号	201821	201822	201823	201824	201825
HPV-DNA 基因分型	预期结果	+	-	+	+	+
	具体突变类型	16、52	阴性	16、43	39、53、58	11、18、51

附表2.人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型室间质评的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
201821	22	20	2	90.91	9.09
201822	22	21	1	95.45	4.55
201823	22	11	11	50.00	50.00
201824	22	9	13	40.91	59.09
201825	22	13	9	59.09	40.91

附表3.试剂使用情况

试剂编号	201821		201822		201823		201824		201825		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	20	2	1	21	11	11	9	13	13	9	22
湖南圣湘	2	0	0	2	0	2	1	1	0	2	2
潮州凯普	6	1	0	7	0	7	6	1	3	4	7
江苏硕世	1	1	1	1	0	2	2	0	0	2	2
亚能生物	9	0	0	9	9	0	0	9	9	0	9
博晖创新	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
上海复星	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1

