

2018 年重庆市第一次非病毒（单纯疱疹Ⅱ型、沙眼衣原体、结核杆菌）核酸检测室间质评活动小结

2018 年度共有 8 家实验室报名参加非病毒（单纯疱疹Ⅱ型/HSVⅡ、沙眼衣原体/CT、结核杆菌/TB）核酸检测室间质评活动，本次有 7 家参评实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第一次非病毒(HSVⅡ-DNA/CT-DNA/TB-DNA)核酸检测室间质评的靶值情况

项目	样本编号	201821	201822	201823
HSVⅡ-DNA	预期结果	阳性（+）	阴性（-）	阳性（+）
CT-DNA	预期结果	阳性（+）	阴性（-）	阳性（+）
TB-DNA	预期结果	阴性（-）	阳性（+）	阳性（+）

附表 2. HSVⅡ-DNA 定性检测的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
201821	5	5	0	100	0
201822	5	5	0	100	0
201823	5	5	0	100	0

附表 3. CT-DNA 定性检测的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
201821	6	6	0	100	0
201822	6	6	0	100	0
201823	6	6	0	100	0

附表 4. TB-DNA 定性检测的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
201821	5	5	0	100	0
201822	5	5	0	100	0
201823	5	5	0	100	0

附表 5. 试剂使用情况（以 CT-DNA 检测为例）

试剂编号	201821		201822		201823		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	6	0	0	6	6	0	6
达安基因	1	0	0	1	1	0	1
湖南圣湘	4	0	0	4	4	0	4
潮州凯普	1	0	0	1	1	0	1