

2018 年重庆市第二次抗酸染色室间质评活动小结

一、 结果统计

2018 年重庆市第二次临床微生物抗酸染色室间质评活动共 74 家实验室参加，74 家实验室按时回报了结果。本次共 5 个标本，每个标本 20 分，分值 100 分。

表 1. 2018 年重庆市第二次抗酸染色结果统计

样本编号	正确结果	回报实验室分布		正确百分率 (%)
201821	未发现抗酸杆菌	未发现抗酸杆菌	73	98.6
		2+	1	
201822	未发现抗酸杆菌	未发现抗酸杆菌	74	100
201823	未发现抗酸杆菌	未发现抗酸杆菌	73	98.6
		1+	1	
201824	++	2+	41	100
		1+	25	
		3+	8	
201825	+++	3+	37	100
		2+	18	
		4+	13	
		1+	6	

二、 染色结果分析

1 号标本为阴性标本，报告未发现抗酸杆菌，98.5%实验室上报正确。有实验室报告发现抗酸杆菌 2+，请加强实验室抗酸染色质控和人员形态学比对。

2 号标本为阴性标本，报告未发现抗酸杆菌，100%实验室上报正确。

3 号标本为阴性标本，报告未发现抗酸杆菌，98.5%实验室上报正确。有实验室报告发现 1+，请加强实验室抗酸染色质控和人员形态学比对。

4 号标本为阳性标本，报告发现抗酸杆菌 2+。

5 号标本为为阳性标本，报告发现抗酸杆菌 3+。

三、 问题与注意事项

- 1、标本顺序问题：请注意标本号，在统计中发现有标本顺序搞错现象。由于染色过程中染液可能会覆盖标签部分，造成模糊不清，请染色过程中做好标记，按顺序摆放，避免错误发生。
- 2、加强实验室抗酸染色质控和人员形态学比对。
- 3、网络上报问题：上报过程中，建议实验室双人上报检查，避免输入错误。

重庆市临床检验中心

2018 年 10 月