

2018 年 重庆市真 菌 (1-3)- β -D-葡 聚 糖 检 测 (G 试 验) 室间质评小结

2018 年重庆市真菌(1-3)- β -D-葡聚糖检测 (G 试验) 第一次室间质评活动共有 16 家实验室报名参加, 所有实验室均回报了结果。

本次 G 试验室间质量评价共有 13 家实验室成绩合格(成绩为 100 分)。另外有 3 家实验室成绩为不合格, 其中有实验室第一个批号的阴性样本的检测结果为阳性, 需要考虑在实验过程中是否操作不当, 或者是使用了未经过无热源处理的耗材造成假阳性; 另外, 某实验室 3 个批号结果均偏低, 是否存在系统误差。3 家实验室应该借此室间质量评价的机会, 寻找分析原因, 以防止在临床工作中出现类似情况。

重庆市临床检验中心
2018 年 10 月