

## 2022 年重庆市第二次人乳头瘤病毒基因分型 室间质评活动小结

2022 年度共有 67 家实验室报名参加核酸检测人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型测定室间质评活动，本次有 62 家参评实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1. 第一次人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型室间质评的靶值情况

项目	样本编号	202221	202222	202223	202224	202225
HPV-DNA 基因分型	预期结果	+	+	+	-	+
	具体突变类型	39+51+	16+39+	58+	-	18+

附表 2. 第二次人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型室间质评的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
202221	62	62	0	100.00	0
202222	62	62	0	100.00	0
202223	62	62	0	100.00	0
202224	61	61	0	100.00	0
202225	62	62	0	100.00	0

附表 3. 第二次人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型室间质评试剂使用情况

试剂编号	202221		202222		202223		202224		202225		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	62	0	62	0	62	0	61	0	62	0	62
杭州艾康	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
湖南圣湘	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
潮州凯普	15	0	15	0	15	0	14	0	15	0	15
上海之江	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
亚能生物	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0	26
博晖创新	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
江苏硕世	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
其他	10	2	10	2	10	0	10	0	10	0	10