

2022 年重庆市第 2 次床旁血糖 室间质评小结

2022 年度共有 512 家实验室报名参加床旁血糖检测室间质评活动，本次有 494 家实验室回报了结果。

- 1、各单位在检测标本时，务必认真阅读仪器说明书，以确认是按照质控模式还是样本模式检测；
- 2、由于环境温度对 POCT 血糖检测影响较大，按照室间质评指导书从低温度环境拿出后，放置于室温，保证反应时候体系温度。
- 3、本年度质评按仪器进行分组，增加 Lifescan ONE TOUCH、华益精点分组。各分组靶值有一定差异，请各单位上报数据是注意填报检测仪器。
- 4、POCT 仪器受基质影响较大，各实验室还应注意与中心实验室（检验科）做血糖比对。

重庆市临床检验中心

2022 年 11 月

2022年重庆市第2次床旁血糖室间质评小结(附表)

附表1. 各个分组靶值

项目名称	分组	202221	202222	202223	202224	202225
POCT	Abbott	18.80	6.86	14.13	23.15	10.22
	Lifescan ONE TOUCH	5.61	9.35	7.18	3.81	8.48
	艾科其他	16.36	7.04	13.75	17.73	10.57
	艾科益优	20.55	6.70	14.79	25.79	10.27
	博士医生	13.89	4.47	9.89	16.95	6.52
	达乐	13.01	6.23	12.12	14.73	9.50
	华广生物	17.00	5.80	12.87	20.27	9.23
	华益精点	13.78	3.69	9.82	17.05	6.53
	罗氏	15.81	5.76	11.77	19.58	8.57
	其它	14.90	5.66	11.47	17.83	8.40
	三诺	14.66	4.74	10.49	17.63	7.38
	泰尔茂	15.30	5.88	10.90	18.00	8.86
	微策	18.87	6.06	12.96	23.58	9.01
	鱼跃	11.91	6.16	11.28	13.44	8.26

附表 2. 各项目通过情况

项目名称	<80%实验室数	>=80%实验室数	实验室总数
POCT	18	311	329