

## 2022年重庆市第二次革兰染色室间质评活动小结

### 一、结果统计

2022年重庆市第二次临床微生物革兰染色室间质评活动共151家实验室参加，151家实验室按时回报了结果。本次共5个标本，每个标本20分，总分值100分。

表 1. 2022年重庆市第二次革兰染色结果统计

| 样本编号   | 正确结果   | 正确回报实验室数 | 正确百分率 (%) |
|--------|--------|----------|-----------|
| 202221 | 革兰阴性杆菌 | 147      | 97.4      |
| 202222 | 真菌     | 133      | 88.1      |
| 202223 | 革兰阳性杆菌 | 59       | 39.1      |
| 202224 | 革兰阳性球菌 | 148      | 98.0      |
| 202225 | 真菌     | 150      | 99.3      |

### 二、染色结果分析


202221号标本镜下为革兰阴性杆菌，细菌为大肠埃希菌。

202222号标本镜下为真菌，细菌为黑曲霉菌复合群，涂片镜检注意先观察低倍镜视野，浏览全片，再观察高倍镜和油镜。

202223号标本镜下为革兰阳性杆菌，细菌为纹带棒杆菌。

202224号标本镜下为革兰阳性球菌，细菌为粪肠球菌。


202225号标本镜下为真菌，为白色念珠菌，涂片镜检注意先观察低倍镜视野，浏览全片，再观察高倍镜和油镜。




202221 号标本




202222 号标本



202223 号标本



202224 号标本



202225 号标本

重庆市临床检验中心

2022 年 11 月