

## 2022 年重庆市第二次抗酸染色室间质评活动小结

### 一、 结果统计

2022 年重庆市第二次临床微生物抗酸染色室间质评活动共 122 家实验室参加, 122 家实验室按时回报了结果。本次共 5 个标本, 每个标本 20 分, 总分值 100 分。

表 1. 2021 年重庆市第二次抗酸染色结果统计

| 样本编号   | 正确结果        | 回报实验室分布 |     | 正确百分率 (%) |
|--------|-------------|---------|-----|-----------|
| 202221 | 未找到抗酸杆菌     | 未发现抗酸杆菌 | 122 | 100       |
| 202222 | 1+、2+、3+、4+ | 1+      | 25  | 100       |
|        |             | 2+      | 63  |           |
|        |             | 3+      | 33  |           |
|        |             | 4+      | 1   |           |
| 202223 | 未找到抗酸杆菌     | 未发现抗酸杆菌 | 122 | 100       |
| 202224 | 未找到抗酸杆菌     | 未发现抗酸杆菌 | 122 | 100       |
| 202225 | 1+、2+、3+、4+ | 1+      | 18  | 100       |
|        |             | 2+      | 35  |           |
|        |             | 3+      | 58  |           |
|        |             | 4+      | 11  |           |

### 二、 染色结果分析

202221 号标本为阳性标本, 100%实验室上报正确。

202222 号标本为阴性标本, 100%实验室上报正确。

202223 号标本为阴性标本, 100%实验室上报正确。

202224 号标本为阴性标本, 100%实验室上报正确。

202225 号标本为阳性标本, 100%实验室上报正确。

重庆市临床检验中心

2022 年 11 月