

2022 年重庆市第 2 次糖化血红蛋白

室间质评小结

2022 年第 2 次糖化血红蛋白室间质评活动共有 202 家实验室报名参加，199 家实验室按时回报了结果。

与 2022 年第 2 次糖化血红蛋白分组与 2022 年第一次分组相同，共分为 10 个组，分别为 TOSOH 组，免疫比浊法组，Bio-Rad 组，AKKRAY 组，惠中组、普门组、博唐平、深圳迈瑞、飞测、优尼德以及其他组。**特别强调的是，本次室间质量评价，我们把糖化血红蛋白的评价限由 $\pm 12\%$ 降低到了 $\pm 8\%$ ，目的是不断提高该项目室间质量评价的质量。**

本次糖化血红蛋白室间质评成绩为优秀（质评成绩为 100 分）的实验室有 177 家，占比为 88.94%，比 2022 年第一次增加了 11 家。成绩合格的实验室（质评成绩 ≥ 80 分）有 186 家，较 2022 年第 1 次增加了两家实验室，占比为 92.47%，本次成绩优秀实验室较 2022 年第 1 次糖化血红蛋白室间质评成绩有显著提高。

比较值得注意的是，本次仍然有 13 家实验室（实验室编号：23110343、23110370、23110802、23152033、cq000386、cq000464、23152032、23152036、23180521、23210125、23230229、23190605、cq000197）成绩不合格（小于 80 分），这 13 个实验室负责人应该组织相关岗位工作人员从影响糖化血红蛋白项目检测的各方面（人员、方法、仪器、试剂、质控品等）进行总结，并查找原因，力图提升该项目的检测准确度。同时，在必要时可以向我中心申请现场指导，以期在 2023 年第 1 次糖化血红蛋白室间质评活动中成绩合格。另外，本次还有两家实验室未回报实验室结果（23150205、23180501）请两家实验室务必重视室间质评实验结果的回报，只有积极、主动参与室间质量评价，才能不断提高实验室自身检测结果的准确度。

重庆市临床检验中心

2022 年 11 月