

2022 年重庆市第 2 次脑脊液生化 室间质评小结

2022 年度共有 57 家实验室报名参加脑脊液生化室间质评活动，本次有 57 家参评实验室回报了结果。

1. 各单位务必认真阅读质评通知书，以确保质评物数量及质量；收到质评物后请注其保存温度和检测时恢复室温条件。
2. 本次室间质评按检测方法分组，请各实验室注意填写检测方法，避免影响实验室质评成绩。
3. 本次室间质评部分试验室质评结果上报存在单位报告不正确，请各实验室注意单位，避免影响质评成绩。
4. 脑脊液中 LDH 水平较低，各实验室应当评价检测限及定量限是否适当。

重庆市临床检验中心

2022 年 11 月

2022年重庆市第2次脑脊液生化室间质评小结(附表)

附表 1. 各个分组靶值

项目名称	分组	202221	202222	202223
白蛋白	溴甲酚绿	0.51	0.65	0.43
	比浊	0.71	1.06	0.52
总蛋白	干化学法	0.98	1.62	0.74
	邻苯三酚红钼铬合显色法	0.64	0.94	0.46
	其他	0.67	0.98	0.48
氯化物	缺省组	114.30	147.26	96.43
葡萄糖	缺省组	2.45	3.60	1.86
乳酸脱氢酶	缺省组	8.84	19.87	4.04
IgG	缺省组	250.30	407.67	157.30
乳酸	缺省组	3.07	4.27	2.42

附表 2. 各项目通过情况

项目名称	<80%实验室数	>=80%实验室数	实验室总数
白蛋白	2	4	6
总蛋白	3	25	28
氯化物	14	16	30
葡萄糖	3	27	30
乳酸脱氢酶	5	12	17