

重庆市临床检验中心 2023 年重庆市心肌损伤标志物测定室间质量评价 活动安排及注意事项

一、质量评价项目与时间表

2023 年重庆市心肌损伤标志物测定室间质量评价共进行 2 次活动(每次 5 个批号)。评价项目: 肌酸激酶、肌酸激酶同工酶活性、肌酸激酶同工酶质量、肌红蛋白、肌钙蛋白-I、超敏肌钙蛋白-I、肌钙蛋白-T 及超敏 CRP。本次寄发全年 10 个批号质评样本。具体安排如下:

活动次数	批号	样品建议 测定日期	结果上报 截止日期	质评成绩 下发日期
第一次	202311, 202312, 202313, 202314, 202315	4 月 20 日	4 月 28 日	5 月 30 日
第二次	202321, 202322, 202323, 202324, 202325	9 月 20 日	9 月 28 日	10 月 30 日

二、样品保存

保存温度: 2℃~ 8℃

三、样品处理

质评样品为冻干品, 复溶后方可使用。复溶时, 在室温下(15℃~25℃)准确加入 2ml 去离子水/蒸馏水。加盖室温放置 30 分钟后, 轻摇混匀。复溶后的样品加盖密闭, 置 2℃~8℃可稳定 5 天; -20℃保存, 肌钙蛋白-I 可稳定 14 天, 其余项目稳定 28 天。

质评样品的检测应与病人标本相同, 并以潜在传染性物品处理。

四、注意事项

- 1、若质控品接收后出现问题(如破损、标本重号等), 请及时与室间质评室联系。
- 2、**免费使用** Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>, 进入重庆市人民医院官网, 点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”, 然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面, 请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全, 进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系, 电话(010) 84533392-17。
3. 室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系:
电话: (023) 63510942, 联系人: 牛长春
4. 参加室间质评单位遇到的与质评有关的问题直接与临检中心室间质评室联系, 电话:
(023) 63519127

五、请直接在网报, 如果个别单位无法在网上回报, 可将报表寄至:

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编: 400014

重庆市临床检验中心
2023 年 4 月