

重庆市临床检验中心 2023 年重庆市血清蛋白电泳室间质量评价活动安排

一、室间质评活动安排和项目：

2023 年重庆市血清蛋白电泳室间质量评价将进行 2 次活动，每次 5 个批号，**质控样本一并寄发**，检测项目为白蛋白、 α_1 球蛋白、 α_2 球蛋白、 β 球蛋白、 γ 球蛋白。

活动次数	批 号	建议测定日期	上传结果截止日期	统计回报结果日期
第一次	202311,202312,202313,202314,202315	4 月 20 日	4 月 28 日	5 月 30 日
第二次	202321,202322,202323,202324,202325	9 月 20 日	9 月 28 日	10 月 30 日

二、质评物使用方法及注意事项：

- 使用时将质评样品从冰箱中取出，加入 **5ml** 去离子水或蒸馏水，放置至室温（15℃ ~ 25℃）30 分钟，轻轻振荡使之混匀后取样测定。复溶后的样品在 20℃~ 25℃可稳定 8 小时，2℃~ 8℃可稳定 7 天，-20℃以下可稳定 28 天。
- 质评样品的测定应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

三、结果回报：

- 请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间内回报的结果不予统计。
- 使用回报表中规定的统一单位填写，每一项目数据小数保留位数以报表提供的格式为准，请正确填写回报表中的各项内容。
- 仪器厂家按编码填写。（**务必正确填写，填写错误将影响室间质评成绩**）；“校验和”为 5 个批号同一项目结果之和。
- 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。**点击<http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、室间质评活动中的专业问题请与牛长春联系，电话 63510942。质评办公室电话：63519127。

五、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区內
重庆市临床检验中心室间质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心

2023 年 4 月