

2023 年重庆市第 2 次 BRAF 基因突变室间质评活动小结

2023 年度有 9 家实验室报名参加第二次 BRAF 基因突变室间质评活动，本次有 9 家参评实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1 BRAF 基因突变室间质评的靶值情况

项目	样本编号	202321	202322	202323
BRAF 基因突变 c.1799T>A p.V600E	预期结果	突变型(+)	野生型(-)	突变型(+)

附表 2. BRAF 基因突变室间质评成绩分布

项目	样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
BRAF 基因突变 c.1799T>A p.V600E	202321	9	9	0	100	0
	202322	9	9	0	100	0
	202323	9	9	0	100	0

附表 3.BRAF 基因突变室间质评试剂使用情况

试剂编号	202321		202322		202323		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	9	0	0	9	9	0	9
厦门艾德	4	0	0	4	4	0	4
武汉友芝友	4	0	0	4	4	0	4
武汉海吉力	1	0	0	1	1	0	1