

2023 年重庆市第 2 次 EB 病毒（EB-DNA）核酸检测 室间质评活动小结

2023 年度共有 18 家实验室报名参加 EB 病毒（EB-DNA）核酸检测室间质评活动，本次有 18 家参评实验室回报结果。本次室间质评（能力验证）结果同时回报了定量定性结果，统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第二次 EB 病毒（EB-DNA）核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202321	202322	202323	202324	202325
EB-DNA	预期结果	阴性（-）	阴性（-）	阳性（+）	阳性（+）	阳性（+）

附表 2. 第二次 EB 病毒(EB-DNA)核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202321	18	18	0	100	0
202322	18	18	0	100	0
202323	18	18	0	100	0
202324	18	18	0	100	0
202325	18	18	0	100	0

附表 3. 第二次 EB 病毒(EB-DNA)核酸检测室间质评试剂使用情况

试剂编号	202321		202322		202323		202324		202325		使用单 位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	0	18	0	18	18	0	18	0	18	0	18
达安基因	0	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2
湖南圣湘	0	14	0	14	14	0	14	0	14	0	14
其他	0	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2