

2023 年重庆市第 2 次感染性疾病血清学标志物

系列 C 室间质评活动小结

2023 年重庆市第 2 次感染性疾病血清学标志物系列 C 室间质评活动共有 138 家实验室参加，本次有 136 家参评实验室按时回报了结果, 请各实验室注意回报时间，不要迟报和漏报。

各项目的检测情况

项目	样本编号	总实验室数	正确实验室数	错误实验室数	正确率%	错误率%
抗 HAV-IgM	202321	133	133	0	100	0
	202322	133	131	2	98.5	1.5
	202323	133	133	0	100	0
	202324	133	132	1	99.2	0.8
	202325	133	133	0	100	0
抗 HEV-IgM	202321	121	121	0	100	0
	202322	121	121	0	100	0
	202323	121	121	0	100	0
	202324	121	121	0	100	0
	202325	121	121	0	100	0

存在问题：

1. 本次抗 HAV-IgM 及抗 HEV-IgM 结果均较好。
2. 在日常工作中应特别注意以下几点：
 - (1) 加强工作人员岗位技能的培训和提高；
 - (2) 加强试剂的质检及试剂批号更换时的比对。
 - (3) 严格按照 SOP 文件进行操作，注意操作过程中的每一个环节。

重庆市临床检验中心

2023 年 10 月