

2023 年重庆市第 2 次结核杆菌（TB-DNA）核酸检测 室间质评活动小结

2023 年度共有 32 家实验室报名参加结核杆菌（TB-DNA）核酸检测室间质评活动，本次有 32 家实验室回报结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1. 第二次结核杆菌（TB-DNA）核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202321	202322	202332	202324	202325
TB-DNA	预期结果	阳性 (+)	阴性 (-)	阳性 (+)	阴性 (-)	阳性 (+)

附表 2. 第二次结核杆菌（TB-DNA）核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202321	32	32	0	100	0
202322	32	32	0	100	0
202323	32	32	0	100	0
202324	32	32	0	100	0
202325	32	32	0	100	0

附表 3. 第二次结核杆菌（TB-DNA）核酸检测室间质评试剂使用情况

试剂品牌	202321		202322		202323		202324		202325		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	32	0	0	32	32	0	0	32	32	0	32
达安基因	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	2
湖南圣湘	18	0	0	18	18	0	0	18	18	0	11
上海之江	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2
成都博奥	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	9
其他	8	0	0	8	8	0	0	8	8	0	8