

2023 年重庆市第 2 次巨细胞病毒（HCMV-DNA）核酸检测 室间质评活动小结

2023 年度共有 15 家实验室报名参加巨细胞病毒（HCMV-DNA）核酸检测室间质评活动，本次有 15 家实验室回报结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第二次巨细胞病毒（HCMV-DNA）核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202321	202322	202323	202324	202325
HCMV-DNA	预期结果	阳性 (+)	阳性 (+)	阴性 (-)	阴性 (-)	阴性 (-)

附表 2. 第二次巨细胞病毒（HCMV-DNA）核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202321	15	15	0	100	0
202322	15	15	0	100	0
202323	15	15	0	100	0
202324	15	15	0	100	0
202325	15	15	0	100	0

附表 3. 第二次巨细胞病毒（HCMV-DNA）核酸检测室间质评试剂使用情况

试剂编号	202321		202322		202323		202324		202325		使用单 位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	15	0	15	0	0	15	0	15	0	15	15
达安基因	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
湖南圣湘	13	0	13	0	0	13	0	13	0	13	13
其他	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1