

2023年重庆市第2次淋球菌（NGH-DNA）核酸检测

室间质评活动小结

2023年度共有25家实验室报名淋球菌（NGH-DNA）核酸检测室间质评活动，本次有25家实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表1.第二次淋球菌（NGH-DNA）核酸检测室间质评的样本情况

项目	样本编号	202321	202322	202323	202324	202325
NGH-DNA	预期结果	阳性（+）	阳性（+）	阴性（-）	阳性（+）	阴性（-）

附表2.第二次淋球菌（NGH-DNA）核酸检测室间质评的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
202321	25	25	0	100	0
202322	25	25	0	100	0
202323	25	25	0	100	0
202324	25	25	0	100	0
202325	25	25	0	100	0

附表3.第二次淋球菌（NGH-DNA）核酸检测试剂使用情况

试剂品牌	202321		202322		202323		202324		202325		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	25	0	25	0	0	25	25	0	0	25	25
湖南圣湘	21	0	21	0	0	21	21	0	0	21	21
潮州凯普	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	2
中山大学	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
其他	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1