

2023 年重庆市第 2 次新型冠状病毒核酸检测

室间质评活动小结

2023 年度共有 203 家实验室报名参加新型冠状病毒（SARS-CoV-2）核酸检测室间质评活动，本次有 188 家实验室回报结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1. 第二次新型冠状病毒核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202321	202322	202323	202324	202325
SARS-CoV-2 RNA	预期结果	阳性（+）	阳性（+）	阴性（-）	阳性（+）	阴性（-）

附表 2. 第二次新型冠状病毒核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
202321	188	188	0	100.00	0
202322	188	188	0	100.00	0
202323	188	188	0	100.00	0
202324	188	188	0	100.00	0
202325	188	187	1	99.47	0.53

附表 3. 第二次新型冠状病毒核酸检测室间质评试剂使用情况

样本	试剂	试剂实验室数	试剂百分率	结果	实验室数	结果百分率(%)
2023 21	成都迈克科技有限责任公司	6	3.19%	阳性	6	100
	达安基因诊断中心	8	4.26%	阳性	8	100
	湖南圣湘生物	35	18.62%	阳性	35	100
	潮州凯普生物化学有限公司	2	1.06%	阳性	2	100
	上海之江生物	3	1.60%	阳性	3	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	31	16.49%	阳性	31	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	51	27.13%	阳性	51	100
	江苏硕世生物科技股份有限公司	2	1.06%	阳性	2	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	29	15.43%	阳性	29	100
	其他（请详细填写）	1	0.53%	阳性	1	100
	杭州迪安生物技术有限公司	1	0.53%	阳性	1	100

	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	2	1.06%	阳性	2	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	17	9.04%	阳性	17	100
2023 22	成都迈克科技有限责任公司	6	3.19%	阳性	6	100
	达安基因诊断中心	8	4.26%	阳性	8	100
	湖南圣湘生物	35	18.62%	阳性	35	100
	潮州凯普生物化学有限公司	2	1.06%	阳性	2	100
	上海之江生物	3	1.60%	阳性	3	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	31	16.49%	阳性	31	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	51	27.13%	阳性	51	100
	江苏硕世生物科技股份有限公司	2	1.06%	阳性	2	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	29	15.43%	阳性	29	100
	其他(请详细填写)	1	0.53%	阳性	1	100
	杭州迪安生物技术有限公司	1	0.53%	阳性	1	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	2	1.06%	阳性	2	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	17	9.04%	阳性	17	100
2023 23	成都迈克科技有限责任公司	6	3.19%	阴性	6	100
	达安基因诊断中心	8	4.26%	阴性	8	100
	湖南圣湘生物	35	18.62%	阴性	35	100
	潮州凯普生物化学有限公司	2	1.06%	阴性	2	100
	上海之江生物	3	1.60%	阴性	3	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	31	16.49%	阴性	31	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	51	27.13%	阴性	51	100
	江苏硕世生物科技股份有限公司	2	1.06%	阴性	2	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	29	15.43%	阴性	29	100
	其他(请详细填写)	1	0.53%	阴性	1	100
	杭州迪安生物技术有限公司	1	0.53%	阴性	1	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	2	1.06%	阴性	2	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	17	9.04%	阴性	17	100
2023 24	成都迈克科技有限责任公司	6	3.19%	阳性	6	100
	达安基因诊断中心	8	4.26%	阳性	8	100
	湖南圣湘生物	35	18.62%	阳性	35	100
	潮州凯普生物化学有限公司	2	1.06%	阳性	2	100
	上海之江生物	3	1.60%	阳性	3	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	31	16.49%	阳性	31	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	51	27.13%	阳性	51	100
	江苏硕世生物科技股份有限公司	2	1.06%	阳性	2	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	29	15.43%	阳性	29	100
	其他(请详细填写)	1	0.53%	阳性	1	100
	杭州迪安生物技术有限公司	1	0.53%	阳性	1	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	2	1.06%	阳性	2	100

	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	17	9.04%	阳性	17	100
2023 25	成都迈克科技有限责任公司	6	3.19%	阴性	6	100
	达安基因诊断中心	8	4.26%	阴性	8	100
	湖南圣湘生物	35	18.62%	阴性	35	100
	潮州凯普生物化学有限公司	2	1.06%	阴性	2	100
	上海之江生物	3	1.60%	阴性	3	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	31	16.49%	阴性	31	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	51	27.13%	阴性	50	98
				阳性	1	2
	江苏硕世生物科技股份有限公司	2	1.06%	阴性	2	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	29	15.43%	阴性	29	100
	其他(请详细填写)	1	0.53%	阴性	1	100
	杭州迪安生物技术有限公司	1	0.53%	阴性	1	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	2	1.06%	阴性	2	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	17	9.04%	阴性	17	100