2024年重庆市第1次感染性疾病血清学标志物

系列C室间质评活动小结

2024年重庆市第1次感染性疾病血清学标志物系列C室间质评活动共有148家实验室参加，本次有146家参评实验室按时回报了结果，请各实验室注意回报时间，不要迟报和漏报。

表1. 样本的预期结果

项目编号	202411	202412	202413	202414	202415
抗 HAV-IgM	R(10NC U/ml)	R (10NCU/ml)	R (20NCU/ml)	N	N
抗 HEV-IgM	N	R(2U/ml)	R(4U/ml)	N	R(2U/ml)

表2. 各项目的检测情况

项目	样本编号	总实验室数	正确实验室数	错误实验室数	正确率%	错误率%
抗 HAV-IgM	202411	141	138	3	97.9	2.1
	202412	141	138	3	97.9	2.1
	202413	141	140	1	99.3	0.7
	202414	141	141	0	100	0
	202415	141	141	0	100	0
抗 HEV-IgM	202411	128	128	0	100	0
	202412	128	127	1	99.2	0.8
	202413	128	128	0	100	0
	202414	128	128	0	100	0
	202415	128	128	0	100	0

存在问题:

1、本次抗 HAV-IgM 及抗 HEV-IgM 结果均较好。

建议和措施:

在日常工作中应特别注意以下几点:

- (1) 加强工作人员岗位技能的培训和提高;
- (2) 加强试剂的质检及试剂批号更换时的比对。
- (3) 严格按照 SOP 文件进行操作，注意操作过程中的每一个环节。

重庆市临床检验中心

2024年5月