

2024 年重庆市第一次 B 族链球菌(GBS-DNA)核酸检测
室间质评活动小结

2024 年度共有 37 家实验室报名参加 B 族链球菌(GBS-DNA)核酸检测室
间质评活动，本次有 37 家参评实验室回报结果。本次室间质评（能力验证）
结果同统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第一次 B 族链球菌(GBS-DNA)核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202411	202412	202413	202414	202415
GBS-DNA	预期结果	阳性（+）	阴性（-）	阳性（+）	阳性（+）	阴性（-）

附表 2. 第一次 B 族链球菌(GBS-DNA)核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202411	37	37	0	100	0
202412	37	37	0	100	0
202413	37	37	0	100	0
202414	37	37	0	100	0
202415	37	37	0	100	0

附表 3. 第一次 B 族链球菌(GBS-DNA)核酸检测室间质评试剂使用情况

试剂 品牌	202411		202412		202413		202414		202415		使用 单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有 试剂	37	0	37	0	37	0	37	0	37	0	37
中山达安	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12
湖南圣湘	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
上海之江	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
潮州凯普	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
西安天隆	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
江苏硕世	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
泰普	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
博尔诚	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8
其他	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1