

2024 年重庆市结核杆菌(TB-DNA)核酸检测

室间质评活动小结

2024 年度共有 45 家实验室报名参加结核杆菌(TB-DNA)核酸检测室间质评活动，本次有 45 家参评实验室回报结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1. 第一次结核杆菌(TB-DNA)核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202411	202412	202413	202414	202415
TB-DNA	预期结果	阳性 (+)	阳性 (+)	阴性 (-)	阴性 (-)	阳性 (+)

附表 2. 第一次结核杆菌(TB-DNA)核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
202411	45	45	0	100	0
202412	45	45	0	100	0
202413	45	45	0	100	0
202414	45	45	0	100	0
202415	45	45	0	100	0

附表 3. 第一次结核杆菌(TB-DNA)核酸检测室间质评试剂使用情况

试剂品牌	202411		202412		202413		202414		202415		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45
上海复星	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
达安基因	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
湖南圣湘	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25
上海之江	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
苏州天隆	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
成都博奥	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
杭州优思达	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
其他	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9