

2024 年重庆市淋球菌（NGH-DNA）核酸检测室间质评活动小结

2024 年度共有 36 家实验室报名淋球菌（NGH-DNA）核酸检测室间质评活动，本次有 35 家参评实验室回报了结果，有 1 家参评实验室未回报结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第一次淋球菌（NGH-DNA）核酸检测室间质评的样本情况

项目	样本编号	202411	202412	202413	202414	202415
NGH-DNA	预期结果	阳性（+）	阴性（-）	阳性（+）	阳性（+）	阴性（-）

附表 2. 第一次淋球菌（NGH-DNA）核酸检测室间质评的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202411	35	35	0	100	0
202412	35	35	0	100	0
202413	35	35	0	100	0
202414	35	35	0	100	0
202415	35	35	0	100	0

附表 3. 第一次淋球菌（NGH-DNA）核酸检测试剂使用情况

试剂 品牌	202411		202412		202413		202414		202415		使用 单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有 试剂	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35
达安基因	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
湖南圣湘	22	0	22	0	22	0	22	0	22	0	22
潮州凯普	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
上海之江	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
杭州 优思达	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
其他	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
北京 康美天鸿	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1