

2024 年重庆市单纯疱疹病毒 II 型（HSV-II-DNA）核酸检测
室间质评活动小结

2024 年度共有 23 家实验室报名参加单纯疱疹病毒 II 型（HSV-II-DNA）核酸检测室间质评活动，本次有 22 家参评实验室回报结果，有 1 家参评实验室未回报结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第一次单纯疱疹病毒 II 型（HSV-II-DNA）核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202411	202412	202413	202414	202415
HSV-II-DNA	预期结果	阴性（-）	阳性（+）	阳性（+）	阴性（-）	阳性（+）

附表 2. 第一次单纯疱疹病毒 II 型（HSV-II-DNA）核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202411	22	22	0	100	0
202412	22	22	0	100	0
202413	22	22	0	100	0
202414	22	22	0	100	0
202415	22	22	0	100	0

附表 3. 第一次单纯疱疹病毒 II 型（HSV-II-DNA）核酸检测室间质评试剂情况

试剂编号	202411		202412		202413		202414		202415		使用单 位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	22	0	22	0	22	0	22	0	22	0	22
达安基因	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
湖南圣湘	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14
潮州凯普	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
上海之江	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
西安天隆	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1