2024 年重庆市第 2 次感染性疾病血清学标志物

系列 C 室间质评活动小结

2024 年重庆市第 2 次感染性疾病血清学标志物系列 C 室间质评活动共有 148 家实验室参加，本次有 146 家参评实验室按时回报了结果,请各实验室注意回报时间，不要迟报和漏报。。

表 1. 样本的预期结果

项目编号	202421	202422	202423	202424	202425
抗 HAV-IgM	N	R(40NC U/ml)	R (10NCU/ml)	R (20NCU/ml)	N
抗 HEV-IgM	R (4U/ml)	N	N	R(20U/ml)	N

表 2. 各项目的检测情况

项目	样本编号	总实验室数	正确实验室数	错误实验室数	正确率%	错误率%
抗 HAV-IgM	202421	141	141	0	100	0
	202422	141	140	1	99.3	0.7
	202423	141	140	1	99.3	0.7
	202424	141	141	0	100	0
	202425	141	141	0	100	0
抗 HEV-IgM	202421	129	129	0	100	0
	202422	129	129	0	100	0
	202423	129	129	0	100	0
	202424	129	129	0	100	0
	202425	129	128	1	99.2	0.8

存在问题：

1、本次抗 HAV-IgM 及抗 HEV-IgM 结果均较好。

建议和措施：

在日常工作中应特别注意以下几点:

⑴ 加强工作人员岗位技能的培训和提高;

⑵ 加强试剂的质检及试剂批号更换时的比对。

⑶ 严格按照 SOP 文件进行操作，注意操作过程中的每一个环节。

重庆市临床检验中心

2024 年 10 月