

2024 年重庆市第 2 次血清结核抗体室间质评活动总结

2024 年重庆市第 2 次血清结核抗体室间质评活动共有 100 家实验室参加，本次有 100 家参评实验室按时回报了结果，所有参加实验室均按时完成上报。

各项目的检测情况

项目	样本编号	总实验室数	正确实验室数	错误实验室数	正确率%	错误率%
TBAb	202421	100	99	1	99.0	1.0
	202422	100	100	0	100.0	0.0
	202423	100	100	0	100.0	0.0
	202424	100	100	0	100.0	0.0
	202425	100	98	2	98.0	2.0

存在问题：

1、本次 TBAb 室间质评结果较好。

建议和措施：

在日常工作中应特别注意以下几点：

- (1) 加强工作人员岗位技能的培训和提高；
- (2) 加强试剂的质检及试剂批号更换时的比对。
- (3) 严格按照 SOP 文件进行操作，注意操作过程中的每一个环节。

重庆市临床检验中心

2024 年 10 月