

## 2024年重庆市 ALDH2 基因分型室间质评活动小结

2024 年度分别有 7 家实验室报名参加 ALDH2 基因分型室间质评活动，本次有 7 家参评实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1. ALDH2 基因分型室间质评的靶值情况

项目	样本编号	202421	202422	202423
ALDH2 基因分型	预期结果	杂合突变型(+)	纯合突变型(+)	野生型(-)
	具体突变 类型	ALDH2 (1510GA)	ALDH2 (1510AA)	ALDH2 (1510GG)

附表 2. ALDH2 基因分型室间质评成绩分布

项目	样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
ALDH2 基因分型	202421	7	7	0	100	0
	202422	7	7	0	100	0
	202423	7	7	0	100	0

附表 3. ALDH2 基因分型室间质评试剂使用情况

试剂编号	202421		202422		202423		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	7	0	7	0	7	0	7
西安天隆	2	0	2	0	2	0	2
上海百傲	1	0	1	0	1	0	1
武汉友芝友	2	0	2	0	2	0	2
济南广音	1	0	1	0	1	0	1
武汉康录	1	0	1	0	1	0	1