

2024 年重庆市第 2 次人乳头瘤病毒（HPV-16，-18 及分型）

核酸检测室间质评活动小结

2024 年度共有 27 家实验室报名参加人乳头瘤病毒（HPV-16/18 DNA）核酸检测室间质评活动，本次有 26 家实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第二次 HPV-16/18DNA 定性检测室间质评的靶值情况

项目	样本编号	202421	202422	202423	202424	202425
HPV-16/18DNA	预期结果	+	+	+	+	-
HPV-16DNA	预期结果	+	+	-	+	-
HPV-18DNA	预期结果	-	+	+	+	-

附表 2. 第二次 HPV-16/18DNA 定性检测室间质评的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
202421	26	26	0	100.00	0
202422	26	26	0	100.00	0
202423	26	26	0	100.00	0
202424	26	26	0	100.00	0
202425	26	26	0	100.00	0

附表 3. 第二次 HPV-16DNA 定性检测室间质评的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确实验室数	结果不正确实验室数	符合率%	不符合率%
202421	21	21	0	100.00	0.00
202422	21	21	0	100.00	0.00
202423	21	21	0	100.00	0.00
202424	21	21	0	100.00	0.00
202425	21	21	0	100.00	0.00

附表 4. 第二次 HPV-18DNA 定性检测室间质评的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202421	21	21	0	100.00	0.00
202422	21	21	0	100.00	0.00
202423	21	21	0	100.00	0.00
202424	21	21	0	100.00	0.00
202425	21	21	0	100.00	0.00

附表 5. 第二次 HPV-16/18DNA 定性检测室间质评试剂使用情况

试剂编号	202421		202422		202423		202424		202425		使用单 位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0	26
达安基因	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
湖南圣湘	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
潮州凯普	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
华大 GBI	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
上海之江	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
亚能生物	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
博晖创新	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
江苏硕士	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
中元汇吉	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
宁波海尔 施	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
郑州科蒂 亚	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
其他	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2