

2024 年重庆市沙眼衣原体(CT-DNA)

核酸检测室间质评活动小结

2024 年度共有 39 家实验室报名沙眼衣原体(CT-DNA)核酸检测室间质评活动，本次有 38 家参评实验室回报了结果，有 1 家参评实验室未回报结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第二次沙眼衣原体(CT-DNA)核酸检测室间质评的样本情况

项目	样本编号	202421	202422	202423	202424	202425
CT-DNA	预期结果	阳性（+）	阳性（+）	阳性（+）	阴性（-）	阴性（-）

附表 2. 第二次沙眼衣原体（CT-DNA）核酸检测室间质评的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202421	38	38	0	100	0
202422	38	38	0	100	0
202423	38	38	0	100	0
202424	38	38	0	100	0
202425	38	38	0	100	0

附表 3. 第二次沙眼衣原体(CT-DNA)核酸检测试剂使用情况

试剂品牌	202421		202422		202423		202424		202425		使用单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	38	0	38	0	38	0	38	0	38	0	38
湖南圣湘	22	0	22	0	22	0	22	0	22	0	22
潮州凯普	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
上海之江	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
西安天隆	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
中山达安	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
杭州优思达	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
江苏默乐	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
北京康美	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
其他	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2