

2024 年重庆市第二次新型冠状病毒核酸检测
室间质评活动小结

2024 年度共有 99 家实验室报名参加新型冠状病毒（SARS-CoV-2）核酸检测室间质评活动，本次有 98 家参评实验室回报结果，有 1 家参评实验室未回报结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第二次新型冠状病毒核酸检测室间质评样本情况

项目	样本编号	202421	202422	202423	202424	202425
SARS-CoV-2 RNA	预期结果	阴性（-）	阳性（+）	阴性（-）	阳性（+）	阳性（+）

附表 2. 第二次新型冠状病毒核酸检测室间质评成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202421	98	98	0	100.00	0
202422	98	98	0	100.00	0
202423	98	98	0	100.00	0
202424	98	98	0	100.00	0
202425	98	98	0	100.00	0

附表 3. 第二次新型冠状病毒核酸检测室间质评试剂使用情况

样本	试剂	试剂 实验室 数	试剂 百分率	结果	实验 室数	结果 百分率(%)
202421	成都迈克科技有限责任公司	4	4.08%	阴性	4	100
	达安基因诊断中心	8	8.16%	阴性	8	100
	湖南圣湘生物	23	23.47%	阴性	23	100
	郑州安图科技有限公司	1	1.02%	阴性	1	100
	上海之江生物	2	2.04%	阴性	2	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	3	3.06%	阴性	3	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	23	23.47%	阴性	23	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	11	11.22%	阴性	11	100

	杭州迪安生物技术有限公司	1	1.02%	阴性	1	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	4	4.08%	阴性	4	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	18	18.37%	阴性	18	100
202422	成都迈克科技有限责任公司	4	4.08%	阳性	4	100
	达安基因诊断中心	8	8.16%	阳性	8	100
	湖南圣湘生物	23	23.47%	阳性	23	100
	郑州安图科技有限公司	1	1.02%	阳性	1	100
	上海之江生物	2	2.04%	阳性	2	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	3	3.06%	阳性	3	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	23	23.47%	阳性	23	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	11	11.22%	阳性	11	100
	杭州迪安生物技术有限公司	1	1.02%	阳性	1	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	4	4.08%	阳性	4	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	18	18.37%	阳性	18	100
202423	成都迈克科技有限责任公司	4	4.08%	阴性	4	100
	达安基因诊断中心	8	8.16%	阴性	8	100
	湖南圣湘生物	23	23.47%	阴性	23	100
	郑州安图科技有限公司	1	1.02%	阴性	1	100
	上海之江生物	2	2.04%	阴性	2	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	3	3.06%	阴性	3	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	23	23.47%	阴性	23	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	11	11.22%	阴性	11	100
	杭州迪安生物技术有限公司	1	1.02%	阴性	1	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	4	4.08%	阴性	4	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	18	18.37%	阴性	18	100
202424	成都迈克科技有限责任公司	4	4.08%	阳性	4	100
	达安基因诊断中心	8	8.16%	阳性	8	100
	湖南圣湘生物	23	23.47%	阳性	23	100
	郑州安图科技有限公司	1	1.02%	阳性	1	100
	上海之江生物	2	2.04%	阳性	2	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	3	3.06%	阳性	3	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	23	23.47%	阳性	23	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	11	11.22%	阳性	11	100
	杭州迪安生物技术有限公司	1	1.02%	阳性	1	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	4	4.08%	阳性	4	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	18	18.37%	阳性	18	100
	成都迈克科技有限责任公司	4	4.08%	阳性	4	100
	达安基因诊断中心	8	8.16%	阳性	8	100

202425	湖南圣湘生物	23	23.47%	阳性	23	100
	郑州安图科技有限公司	1	1.02%	阳性	1	100
	上海之江生物	2	2.04%	阳性	2	100
	武汉明德生物科技股份有限公司	3	3.06%	阳性	3	100
	上海伯杰医疗科技有限公司	23	23.47%	阳性	23	100
	中元汇吉生物技术股份有限公司	11	11.22%	阳性	11	100
	杭州迪安生物技术有限公司	1	1.02%	阳性	1	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340006)	4	4.08%	阳性	4	100
	中山大学达安基因股份有限公司 (国械注准: 2020340074)	18	18.37%	阳性	18	100