

2024 年重庆市第二次人乳头瘤病毒基因分型
室间质评活动小结

2024 年度共有 113 家实验室报名参加人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型测定室间质评活动，本次有 111 家实验室回报了结果。本次室间质评（能力验证）结果的统计按定性进行，具体回报结果分析见附表。

附表 1.第二次人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型室间质评的靶值情况

项目	样本编号	202421	202422	202423	202424	202425
HPV-DNA 基因分型	预期结果	+	-	+	+	+
	具体突变类型	31+	-	56+	68+	45+

附表 2. 第二次人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型室间质评的成绩分布

样本编号	总实验室数	结果正确 实验室数	结果不正确 实验室数	符合率%	不符合率%
202421	111	105	6	94.60	5.40
202422	111	105	6	94.60	5.40
202423	111	105	6	94.60	5.40
202424	111	103	8	92.80	7.20
202425	111	110	1	99.10	0.90

附表 3. 第二次人乳头瘤病毒（HPV-DNA）基因分型室间质评试剂使用情况

试剂编号	202421		202422		202423		202424		202425		使用 单位数
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
所有试剂	105	6	105	6	105	6	103	8	110	1	111
广东万孚	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
杭州艾康	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
湖南圣湘	12	1	12	1	12	1	10	3	13	0	13
潮州凯普	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21
上海之江	2	1	2	1	2	1	2	1	3	0	3
亚能生物	39	2	39	2	39	2	39	2	40	1	41
博晖创新	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6
江苏硕士	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7
杭州迪安	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
宁波海尔施	2	1	2	1	2	1	2	1	3	0	3
广州和实	5	1	5	1	5	1	5	1	6	0	6
广州安必平	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
其他	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7